English

IMPORTANT NOTE

Read these instructions carefully before each use and keep them accessible for the appropriate skilled user who is trained and qualified accordingly.

Read through these symbol-marked warnings carefully. Improper use of the products can result in serious injuries to the patient, user or third parties.

A. REFERENCES

These instructions were developed using the guidance given in the following standards:

- ANSI/AAMI ST81:2004 (reapproved 2010), Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices
- ISO 17664, Sterilization of medical devices – Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices
- ISO 11737-1, Sterilization of medical devices – Microbiological methods – Part 1: Determination of a population of microorganisms on products; 2009
- ISO 10993-5, Biological evaluation of medical devices – Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity.
- AAMI TIR30:2011 (reapproved 2016), A compendium of processes, materials, test methods, and acceptance criteria for cleaning reusable medical devices
- ANSI/AAMI TIR12:2010, Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities - A guide for medical device manufacturers.
- ASTM E 2314: 2003 (reapproved 2014), Standard test method for determination of effectiveness of cleaning processes for reusable medical instruments using a microbiologic method (simulated use test).
- ASTM E 1837: 1996 (reapproved 2014), Standard test method to determine efficacy of disinfection processes for reusable medical devices (simulated use test).
- ISO 17665-1, Sterilization of health care products – Moist heat – Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices.

B. DEVICE DESCRIPTION AND INFORMATION

This device is a reusable non-sterile instrument. The device is delivered nonsterile and must be cleaned and sterilized according to the following instructions before the first use and any further use. Check the package labeling.

C. LIMITATIONS ON REPROCESSING

For reusable devices: Repeated processing has minimal effect on these instruments. End of life is normally determined by wear and damage due to use.

D. INTENDED USE

This device is only intended for the medical area given below and must therefore be used in an operation environment suitable for this. Surgical Instruments are intended for use in the surgical setting for clamping, cutting, dissecting, grasping, probing, retracting, suturing, impacting, bending, connecting, elevating and scraping. Alternatively, the improper use of a surgical instrument during handling, surgical use, or reprocessing, for which they are indicated may result in damaged and broken instruments.

E. INTENDED USERS ℞ ONLY

Licensed medical professionals and/or qualified professionals directed by a licensed medical professional including but not limited to orthopedic surgeons, orthopedic operating room nurses, physician's assistants, circulating nurses, and central sterile cleaning personnel.

F. VALIDATION

The recommended cleaning, disinfection, and sterilization methods in this DFU have been validated in compliance with federal and international guidance/standards. In accordance with ISO 17665, the half cycle "overkill" approach was used for sterilization validation, and demonstrates a sterility assurance level (SAL) of 10- 6. Cleaning, disinfecting, and sterilizing equipment and materials vary in performance characteristics. Therefore, it is the responsibility of the facility/end user to use equipment cleared by the FDA or the local governing body and perform operations in accordance with directions from this DFU.

In accordance with DIN EN ISO 17664 limit values and a means for monitoring chemical residues following cleaning shall be established for the product. In assessing the level of cleaning residuals following the manual cleaning and disinfection process or the machine (automatic) cleaning and disinfection process, it is recommended that cytotoxicity testing be utilized as a clinically relevant method for testing the safety of residuals. Testing for cytotoxicity should be completed and scored in accordance with ISO 10993-5, Biological evaluation of medical devices – Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity.

The water quality for the cleaning and disinfection processes has been validated to ensure that residuals will not interfere with subsequent processing steps. Testing for cytotoxicity as the primary means of assessing the safety of the detergent and/or disinfectant levels after the cleaning and washing processes was carried out in the validation protocol in accordance with AMI TIR30:2011. Deionized water was the validated water quality type used for manual and automated cleaning.

G. CONTAINMENT AND TRANSPORTATION

It is recommended that instruments are reprocessed as soon as is reasonably practical following use. Any visible soil should be removed at point-of-use to prevent the drying of soil. Instrument cases and trays are considered reusable devices. Trays should be inspected for visible soil and must be cleaned prior to use. They can be cleaned manually or in an automatic washer using a detergent.

H. CLEANING

I. PRELIMINARY CLEANING

When properly performed, cleaning, disinfection and/or sterilization do not compromise the use and mechanical performance of these instruments. These instruments are used with or on patients who may harbor both recognized and unrecognized infections. To prevent the spread of infection, all reusable instruments must be thoroughly cleaned, disinfected, and sterilized after use on each patient. Note: No assembly/disassembly of these instruments is required unless stated on the labeling, directions for use, or literature assembly instructions (LAI) pertaining to cleaning, disinfection, and sterilization.

1. Devices that require disassembly should be disassembled prior to cleaning.
2. Remove dried-on soil from devices, especially in areas such as joints and crevices, prior to washing. Soak in tap water for 10 minutes and brush beneath the water surface until visibly clean. Check the instruments for visible soil.
3. Repeat the preliminary cleaning if soil is visible, then re-inspect.
4. After the completion of preliminary cleaning, the end user has the option to perform either Manual Cleaning and Disinfection or Machine (Automatic) Cleaning and Thermal Disinfection.

II. MANUAL CLEANING AND DISINFECTION

After the preliminary cleaning, the instructions for Manual Cleaning and Disinfection may be used as an alternative cleaning method to the Machine (Automatic) Cleaning and Thermal Disinfection.

CAUTION

Manual cleaning is not an appropriate method for cleaning band instruments containing non-exposed actuating components, e.g. wishbone handle or standard handled graspers, punches, etc. The Machine (Automatic) Cleaning and Thermal Disinfection procedure should be followed for these instruments.

1. Immerse the instrument in an enzymatic detergent solution. Cleaning solutions may include, but are not limited to: neodisher® Medizyme 0.5% (v/v).

CAUTION

Low acid or high alkaline solutions are not recommended, as they corrode metal parts and anodized aluminum and compromise polymer plastics, such as FEP (Fluorinatedethylenepropylene), ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), Ultem™, Lexan™, and Cycolac™. If non-neutral pH cleaning chemistries are utilized, care should be taken to ensure appropriate rinsing, as validated by the end-user facility, and neutralization steps are taken so as to not negatively impact the fit, finish, or function of the device.

Cleaning solutions should always be mixed to the manufacturer's specification for concentration and cleaning should be conducted at ambient temperature unless otherwise stated in the cleaning solution manufacturer's instructions.

2. Immerse the instrument in detergent and allow it to soak for 20 minutes and treat with ultrasound (35 kHz, below 40° C (104° F)).
3. Rinse the instrument thoroughly with deionized water for at least one minute after the cleaning process.
4. Immerse instruments in disinfection solutions for a minimum of 15 minutes. Suitable disinfection solutions may include, but are not limited to: Bomix® plus, BODE Chemie 1 % (v/v) and equivalent products. Use the supplier's instructions for preparing the solution.

CAUTION

Low acid or high alkaline solutions are not recommended, as they corrode metal parts and anodized aluminum (Fluorinatedethylenepropylene), ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), Ultem™, Lexan™, and Cycolac™. If non-neutral pH disinfection chemistries are utilized, care should be taken to ensure appropriate rinsing, as validated by the end-user facility, and neutralization steps are taken so as to not negatively impact the fit, finish, or function of the device. Disinfection solutions should always be mixed to the manufacturer's specification for concentration.

5. After disinfection, the instruments should be rinsed for at least 15 seconds with deionized sterile water.
6. Check the instruments for visible soil. Repeat the cleaning if soil is visible, then re-inspect.

III. MACHINE (AUTOMATIC) CLEANING, AND THERMAL DISINFECTION

After the preliminary cleaning, the instructions for Machine (Automatic) Cleaning and Thermal Disinfection may be used as an alternative cleaning method to the Manual Cleaning and Disinfection.

1. Load the instruments in the washer so that all design features of the device are accessible to cleaning and any that may retain liquid can drain (hinges should be open and cannulations/holes positioned to drain).
2. Run the automatic wash cycle. The minimum cycle parameters are listed below:

MINIMUM WASHING CYCLE PARAMETERS		
Step	**Parameter**	
Pre-rinsing	Rinsing temperature	Cold tap water
	Soaking time	60 s
Cleaning	Cleaning temperature	55° C (131° F)
	Soaking time	600 s
	Cleaning detergent	neodisher® Mediclean forte
	Concentration	0.40%
Post-rinsing	Rinsing temperature	Cold DI water
	Soaking time	120 s
Thermal disinfection	Disinfection temperature	93° C (199° F) (A_0 3000)
	Soaking time	300 s
Drying	Drying temperature	100° C (212° F)
	Drying time	20 min

3. Automatic wash cleaning solutions may include, but are not limited to: neodisher® Mediclean forte.

CAUTION

Low acid or high alkaline solutions are not recommended, as they corrode metal parts and anodized aluminum and compromise polymer plastics, such as FEP (Fluorinatedethylenepropylene), ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), Ultem™, Lexan™, and Cycolac™. If non-neutral pH cleaning chemistries are utilized, care should be taken to ensure appropriate rinsing, as validated by the end-user facility, and neutralization steps are taken so as to not negatively impact the fit, finish, or function of the device.

4. Check the instruments for visible soil. Repeat the cleaning if soil is visible, then re-inspect.

I. INSPECTION AND MAINTENANCE

1. Pacific Instruments non-sterile instruments are precision medical instruments and must be used and handled with care.
2. Inspect the instruments for damage prior to use and at all stages of handling.
3. Devices with cutting functions or sharp points become dull with continuous use. This condition does not indicate a device defect. This condition indicates normal wear. Dull devices may require replacement, if they no longer perform as designed. Inspection prior to use should include verifying the cutting ability and sharpness of these edges.
4. If damage is detected, do not use the device prior to consulting the manufacturer for guidance.
5. Dry the instruments thoroughly and lubricate all moving parts with a water-soluble instrument lubricant, prior to sterilization. Acceptable lubricants may include, but are not limited to: Steris Hinge- Free® Instrument Lubricant and Neodisher® IP Spray. Apply lubricants in accordance with manufacturer's instructions.

J. PACKAGING

Singly: Single devices should be packed to ensure that the pack is large enough to contain the instrument without stressing the seals. Packaging should be completed using a double packed sterilization pouch, which conforms to the recommended specifications for steam sterilization as outlined below.

Sets: Where appropriate, the cleaned, disinfected and inspected instruments should be placed into trays/cases as provided, or in general-purpose sterilization trays. Ensure that any cutting edges are protected and it does not exceed applicable weight limits. Trays/cases should be double wrapped following AAMI or equivalent guidelines with an appropriate wrap. An appropriate wrap is one that, for example, is cleared by the FDA or the local governing body at the point of use.

K. STERILIZATION

This device is provided non-sterile. Sterilization must be performed following cleaning, disinfection, and sterile packaging as described above.

Certain devices that may be used during this procedure are provided non-sterile and must be adequately cleaned and sterilized prior to use or re-use. (See above instructions for cleaning).

Sterilizers vary in design and performance characteristics. Cycle parameters and the load configuration should always be verified against the sterilizer manufacturer's instructions.

Follow your country-specific guidelines, standards, and requirements.

STEAM STERILIZATION PARAMETERS			
	Exposure Temperature	Exposure Time	Drying Time
Pre-vacuum Cycle	134° C (273.2° F)	5 min (full cycle)	10 min

Cooling – The instrument must be adequately cooled, after being removed from the sterilizer. It should not be touched during the cooling process. Do not place the instrument on a cold surface or immerse it in a cold fluid.

L. STORAGE

Sterile, packaged instruments should be stored in a clean, dry environment with limited access and under conditions that are controlled to protect against dust, moisture, pests, and temperature / humidity extremes. Sterile packaging should be inspected carefully prior to use, to ensure the integrity of the packaging has not been compromised.

Non-sterile metal devices should be stored in a clean, dry environment. The shelf life of non-sterile devices is not limited; the devices are manufactured from non-degradable material, which does not raise any question of device stability when stored under recommended conditions. It is the responsibility of the end-user to ensure devices, once sterilized, are stored in such a way as to maintain the sterility of the instrument until use.

M. SPECIAL PRECAUTION - TRANSMISSIBLE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY AGENTS

It is outside the scope of this document to describe in detail the precautions that should be taken for Transmissible Spongiform Encephalopathy Agents.

The agents for transmission of Creutzfeldt-Jakob disease are believed to be resistant to normal processes of disinfection and sterilization and therefore the normal processing methods of decontamination and sterilization as described above may not be appropriate where CJD transmission is a risk.

In general, the tissues that come into contact with orthopedic surgical instruments are those of low TSE infectivity. However, particular precautions should be taken when handling instruments that have been used on known, suspected, or at-risk patients.

N. CAUTIONS

Definition: Caution is used to indicate special procedures or precautions that must be followed to avoid damaging the instrument.

1. Users of this device must contact their Pacific Instruments representatives if, in their professional judgment, they require more device information on its design, maintenance and use. Please email support@pacificinstruments.biz.
2. When reprocessing surgical instruments, always handle with care, wearing protective clothing, gloves, and eyewear in accordance with local Health and Safety Procedures.
3. To avoid damaging the instruments, do not impact or subject to blunt force any instruments that are designed to be turned or screwed in. When two devices are intended to be threaded together, ensure that they are fully engaged prior to use.
4. Do not use instruments for any purpose other than their intended use. Manipulating soft tissue or bone with an instrument not intended for that use may result in damage to the instrument.
5. Instruments with adjustable components must be handled with care. Overtightening or rough handling of the instrument may damage the locking mechanism. Locking mechanisms with internal polymer components may become weakened after repeated autoclaving.
6. Do not use an instrument that is intended to be used with a specific implant on another implant.
7. Flexion of the joint with the instrument in position in the joint may result in bending or breakage of the instrument.

O. WARNINGS

Definition: Warning is used to indicate that the safety of the patient and the hospital personnel could be involved.

1. The licensed medical professional performing any surgical procedure is responsible for determining whether this is the appropriate instrument for the specific procedure that is being performed for each patient. As the manufacturer, Pacific Instruments does not recommend surgical procedures or offer guidance in such procedures in using the surgical instruments.
2. Before using this device, read and understand the Instructions on the device, maintenance, and use prior to using in a surgical setting.
3. Do not use if damage is apparent.
4. Users of the device must contact their Pacific Instruments representatives if, in their professional judgment, they require more device information on its design, maintenance and use. Please email support@pacificinstruments.biz.

P. LIABILITY AND WARRANTY

Pacific Instruments, as manufacturer, is not liable for consequential damage caused by improper use or handling. This particularly applies to the non-compliant use for the defined intended purpose or ignoring the processing and sterilization instructions. This also applies to repairs or modifications on the product made by unauthorized personnel of the manufacturer. These liability exclusions apply likewise to warranty service.

Q. SYMBOLS USED

For a listing of Symbols and Explanations, see **pacificinstruments.biz/eifu**

Deutsch

WICHTIGER HINWEIS

Lesen Sie diese Anleitung vor jedem Gebrauch sorgfältig durch und halten Sie sie für den fachkundigen Anwender zugänglich, der entsprechend geschult und qualifiziert wurde.

Lesen Sie diese mit dem Symbol markierten Warnhinweise sorgfältig durch. Durch unsachgemäßen Gebrauch der Produkte können schwere Verletzungen bei Patienten, Anwender oder Dritten verursacht werden.

A. REFERENZEN

Diese Anleitung wurde unter Verwendung der in den folgenden Normen enthaltenen Richtlinien erstellt:

- ANSI/AAMI ST81:2004 (erneut genehmigt 2010), Sterilisation von Medizinprodukten – Vom Hersteller bereitzustellende Informationen für die Aufbereitung von resterilisierbaren Medizinprodukten
- ISO 17664, Sterilisation von Medizinprodukten – Vom Hersteller bereitzustellende Informationen für die Aufbereitung von resterilisierbaren Medizinprodukten
- ISO 11737-1, Sterilisation von Medizinprodukten – Mikrobiologische Verfahren – Teil 1: Bestimmung der Population von Mikroorganismen auf Produkten; 2009
- ISO 10993-5, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 5: Prüfungen auf In-vitro-Zytotoxizität.
- AAMI TIR30:2011 (erneut genehmigt 2016), Sammelband der Prozesse, Materialien, Prüfmethoden und Akzeptanzkriterien für die Reinigung wiederverwendbarer Medizinprodukte
- ANSI/AAMI TIR12:2010, Konzeption, Prüfung und Kennzeichnung wiederverwendbarer Medizinprodukte für die erneute Aufbereitung in Gesundheitseinrichtungen – Eine Leitlinie für Hersteller von Medizinprodukten.
- ASTM E 2314: 2003 (erneut genehmigt 2014), Standardprüfmethoden zur Bestimmung der Wirksamkeit des Reinigungsprozesses für wiederverwendbare Medizinprodukte anhand einer mikrobiologischen Methode (Prüfung bei simuliertem Gebrauch).
- ASTM E 1837: 1996 (erneut genehmigt 2014), Standardprüfmethoden zur Bestimmung der Wirksamkeit des Desinfektionsprozesses für wiederverwendbare Medizinprodukte (Prüfung bei simuliertem Gebrauch).
- ISO 17665-1, Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Feuchte Hitze – Teil 1: Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte.

B. PRODUKTBESCHREIBUNG UND INFORMATIONEN

Dieses Produkt ist ein wiederverwendbares, nicht steriles Instrument. Das Produkt wird unsteril ausgeliefert und muss vor dem ersten Gebrauch und jeder weiteren Verwendung gemäß den folgenden Anleitungen gereinigt und sterilisiert werden. Kennzeichnung auf der Verpackung beachten.

C. GRENZEN DER WIEDERAUFBEREITUNG

Für wiederverwendbare Produkte: Eine wiederholte Aufbereitung hat minimale Auswirkungen auf diese Instrumente. Das Ende der Lebensdauer wird in der Regel durch die Abnutzung und Beschädigung aufgrund des Gebrauchs bestimmt.

D. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist nur für den unten aufgeführten medizinischen Bereich bestimmt und muss daher in einer dafür geeigneten Einsatzumgebung verwendet werden. Chirurgische Instrumente sind für die Verwendung für chirurgische Eingriffe bestimmt, insbesondere zum Zusammenklemmen, Schneiden, Sezieren, Fassen, zur Probenahme, zum Herausziehen, Nähen, Zusammenpressen, Biegen, Verbinden, Anheben und Ausschaben. Andererseits kann eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung von chirurgischen Instrumenten während der Handhabung, der Verwendung bei einem chirurgischen Eingriff oder der Wiederaufbereitung, für die die Instrumente indiziert sind, beschädigte oder zerbrochene Instrumente zur Folge haben.

E. VORGESEHENE ANWENDER ℞ ONLY

Zugelassene medizinische Fachkräfte und/oder qualifizierte Fachkräfte unter Anleitung einer zugelassenen medizinischen Fachkraft, insbesondere orthopädische Chirurgen, orthopädische OP-Pflegekräfte, Assistenzärzte, als Springer eingesetzte Pflegekräfte und wichtige Mitarbeiter für Sterilisations- und Reinigungsaufgaben.

F. VALIDIERUNG

Die in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen empfohlenen Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsmethoden wurden in Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Richtlinien/Normen validiert. In Übereinstimmung mit ISO 17665 wurde der Halbzyklus-Ansatz (overkill) zur Validierung der Sterilisation verwendet, und es wurde ein SAL-Wert (Sterility Assurance Level) von 10- 6 erzielt. Die Leistungsmerkmale bei der Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von Geräten und Materialien variieren. Daher liegt es in der Verantwortung der Einrichtung des Endanwenders, nur von der FDA oder der lokalen Aufsichtsbehörde zugelassene Produkte in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung zu verwenden.

In Übereinstimmung mit DIN EN ISO 17664 sind Grenzwerte und Maßnahmen zur Überwachung der chemischen Rückstände nach der Reinigung für dieses Produkt festzulegen. Zur Bewertung des erforderlichen Reinigungsgrads für Rückstände im Anschluss an das manuelle Reinigungs- und Desinfektionsverfahren oder das maschinelle (automatische) Reinigungs- und Desinfektionsverfahren wird empfohlen, als klinisch relevante Methode zur Prüfung der Sicherheit von Rückständen auf Prüfungen auf Zytotoxizität zurückzugreifen. Die Prüfungen auf Zytotoxizität müssen in Übereinstimmung mit ISO 10993-5, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 5: Prüfungen auf In-vitro-Zytotoxizität, durchgeführt und bewertet werden.

Die Wasserqualität für die Reinigungs- und Desinfektionsverfahren wurde validiert, um sicherzustellen, dass Rückstände nicht die nachfolgenden Verfahrensschritte stören. Die Prüfungen auf Zytotoxizität als primäre Maßnahme zur Beurteilung der Sicherheit des Wirkungsgrads des Reinigungsmittels und/oder Desinfektionsmittels nach den Reinigungs- und Waschverfahren wurden im Validierungsprotokoll in Übereinstimmung mit AMI TIR30:2011 durchgeführt. Deionisiertes Wasser war die validierte Wasserqualitätsart, die für die manuelle und automatische Reinigung verwendet wurde.

G. SICHERE UMSCHLIESSUNG UND TRANSPORT

Es wird empfohlen, Instrumente unmittelbar nach ihrem Gebrauch wiederaufzubereiten, sofern dies angemessen machbar ist. Sichtbare Verunreinigungen sollten direkt am Einsatzort entfernt werden, um ein Antrocknen dieser Verunreinigungen zu verhindern. Behälter und Schalen für Instrumente gelten als wiederverwendbare Produkte. Schalen sollten auf sichtbare Verunreinigungen überprüft werden und sind vor ihrer Verwendung zu reinigen. Sie können manuell oder in einem automatischen Waschgerät unter Verwendung eines Reinigungsmittels gereinigt werden.

H. REINIGUNG

I. GROBREINIGUNG

Bei einer ordnungsgemäßen Ausführung der Reinigung, Desinfektion und/oder Sterilisation werden der Gebrauch und die mechanischen Leistungsmerkmale dieser Instrumente nicht beeinträchtigt. Diese Instrumente werden mit oder an Patienten eingesetzt, die sowohl erkannte als auch nicht erkannte Infektionen haben können. Um eine weitere Ansteckung der Infektion zu vermeiden, müssen alle wiederverwendbaren Instrumente nach jedem Gebrauch bei jedem Patienten gründlich gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden. Hinweis: Die Instrumente müssen nicht zusammengebaut/zerlegt werden, sofern in der Kennzeichnung, der Gebrauchsanweisung oder im Informationsmaterial der Montageanleitung (LAI) bezüglich der Reinigung, Desinfektion und Sterilisation nicht abweichend angegeben.

1. Bei entsprechender Anweisung sind die Produkte vor der Reinigung zu zerlegen.
2. An den Produkten angetrocknete Verunreinigungen sind vor dem Waschen zu entfernen, insbesondere an Scharnieren und in Zwischenräumen. Für 10 Minuten in Leitungswasser einweichen und unter der Wasseroberfläche mit einer Bürste abbürsten, bis das Produkt sichtbar sauber ist. Instrumente auf sichtbare Verunreinigungen prüfen.
3. Bei sichtbaren Verunreinigungen die Grobreinigung wiederholen, dann erneut einer Sichtprüfung unterziehen.
4. Nach Abschluss der Grobreinigung hat der Endanwender die Möglichkeit, entweder eine manuelle Reinigung und Desinfektion oder eine maschinelle (automatische) Reinigung und thermische Desinfektion durchzuführen.

II. MANUELLE REINIGUNG UND DESINFEKTION

Nach der Grobreinigung kann die Anleitung für die manuelle Reinigung und Desinfektion als alternative Reinigungsmethode zur maschinellen (automatischen) Reinigung und thermischen Desinfektion verwendet werden.

VORSICHT

Die manuelle Reinigung ist keine geeignete Methode zum Reinigen von Handinstrumenten, die nicht exponierte Betätigungskomponenten enthalten, z. B. Henkel oder standardmäßige Greifer mit Griff, Stanzer usw. Für diese Instrumente muss das Verfahren für maschinelle (automatische) Reinigung und thermische Desinfektion befolgt werden.

1. Das Instrument in eine enzymatische Reinigungslösung eintauchen. Akzeptable Reinigungslösungen sind insbesondere: neodisher® Medizyme 0,5 % (v/v).

VORSICHT

Lösungen mit niedrigem Säuregehalt oder stark alkalische Laugen werden nicht empfohlen, da diese an Metallteilen und eloxiertem Aluminium Korrosion hervorrufen und Polymere zerstören, wie etwa FEP (Fluorethylenpropylen), ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Ultem™, Lexan™ und Cycolac™. Werden Reinigungsmittel verwendet, die nicht pH-neutral sind, muss besonders auf einen geeigneten und von der Einrichtung des Endanwenders validierten Spülvorgang geachtet werden, und es sind Maßnahmen zur Neutralisierung zu ergreifen, damit keine Beeinträchtigung der Passgenauigkeit, der äußeren Oberfläche oder der Funktion eines Produkts auftritt.

2. Das Instrument in das Reinigungsmittel eintauchen und für 20 Minuten einweichen lassen; danach mit Ultraschall (35 kHz, unter 40 °C (104 °F)) behandeln.
3. Das Instrument nach der Reinigung gründlich für mindestens eine Minute mit deionisiertem Wasser spülen.
4. Instrumente für mindestens 15 Minuten in Desinfektionslösung eintauchen. Akzeptable Desinfektionslösungen sind insbesondere: Bomix® plus, BODE Chemie 1 % (v/v) und gleichwertige Produkte. Zur Vorbereitung der Lösung die Anleitung des Lieferanten beachten.

VORSICHT

Lösungen mit niedrigem Säuregehalt oder stark alkalische Laugen werden nicht empfohlen, da diese an Metallteilen und eloxiertem Aluminium Korrosion hervorrufen und Polymere zerstören, wie etwa FEP (Fluorinatedethylenpropylen), ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Ultem™, Lexan™ und Cycolac™. Werden Desinfektionsmittel verwendet, die nicht pH-neutral sind, muss besonders auf einen geeigneten und von der Einrichtung des Endanwenders validierten Spülvorgang geachtet werden, und es sind Maßnahmen zur Neutralisierung zu ergreifen, damit keine Beeinträchtigung der Passgenauigkeit, der äußeren Oberfläche oder der Funktion eines Produkts auftritt. Desinfektionslösungen sollten immer gemäß den Angaben des Herstellers gemischt werden, um die korrekte Konzentration zu erhalten.

5. Nach der Desinfektion sollten die Instrumente für mindestens 15 Minuten mit deionisiertem, sterilen Wasser gespült werden.
6. Instrumente auf sichtbare Verunreinigungen prüfen. Bei sichtbaren Verunreinigungen die Reinigung wiederholen, dann erneut einer Sichtprüfung unterziehen.

III. MASCHINELLE (AUTOMATISCHE) REINIGUNG UND THERMISCHE DESINFEKTION

Nach der Grobreinigung kann die Anleitung für die maschinelle (automatische) Reinigung und thermische Desinfektion als alternative Reinigungsmethode zur manuellen Reinigung und Desinfektion verwendet werden.

1. Die Instrumente so im Waschgerät anordnen, dass alle Konstruktionsmerkmale des Produkts für die Reinigung zugänglich sind und sämtliche potenzielle Flüssigkeitsansammlungen ungehindert ablaufen können (Scharniere sollten geöffnet und Durchbohrungen/Löcher so ausgerichtet sein, dass ein Abfließen möglich ist).
2. Automatischen Waschzyklus durchführen. Die Mindestparameter für den Zyklus sind wie folgt:

MINDESTPARAMETER FÜR WASCHZYKLEN		
Schritt	**Parameter**	
Vorspülen	Spültemperatur	Kaltes Leitungswasser
	Einweichdauer	60 s
Reinigung	Reinigungstemperatur	55 °C (131 °F)
	Einweichdauer	600 s
	Reinigungsmittel	neodisher® Mediclean forte
	Konzentration	0,40 %
Nachspülen	Spültemperatur	Kaltes deionisiertes Wasser
	Einweichdauer	120 s
Thermische Desinfektion	Desinfektionstemperatur	93 °C (199 °F) (A_0 3000)
	Einweichdauer	300 s
Trocknung	Trocknungstemperatur	100 °C (212 °F)
	Trocknungsdauer	20 Min.

3. Eine Reinigungslösung für automatisches Waschen ist beispielsweise neodisher® Mediclean forte.

VORSICHT

Lösungen mit niedrigem Säuregehalt oder stark alkalische Laugen werden nicht empfohlen, da diese an Metallteilen und eloxiertem Aluminium Korrosion hervorrufen und Polymere zerstören, wie etwa FEP (Fluorethylenpropylen), ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Ultem™, Lexan™ und Cycolac™. Werden Reinigungsmittel verwendet, die nicht pH-neutral sind, muss besonders auf einen geeigneten und von der Einrichtung des Endanwenders validierten Spülvorgang geachtet werden, und es sind Maßnahmen zur Neutralisierung zu ergreifen, damit keine Beeinträchtigung der Passgenauigkeit, der äußeren Oberfläche oder der Funktion eines Produkts auftritt.

3. Nach dem Waschzyklus die Instrumente für mindestens 15 Minuten mit deionisiertem, sterilen Wasser gespült werden.
4. Instrumente auf sichtbare Verunreinigungen prüfen. Bei sichtbaren Verunreinigungen die Reinigung wiederholen, dann erneut einer Sichtprüfung unterziehen.

I. SICHTPRÜFUNG UND WARTUNG

1. Die nicht sterilen Instrumente von Pacific Instruments sind hochpräzise medizinische Instrumente, und sie müssen mit Sorgfalt eingesetzt und gehandhabt werden.
2. Vor dem Gebrauch und in allen Phasen der Handhabung die Instrumente auf Schäden inspizieren.
3. Produkte mit Schneidfunktion oder mit scharfen Spitzen können durch längeren Gebrauch stumpf werden. Dieser Zustand stellt keinen Mangel des Produkts dar. Dieser Zustand ergibt sich aus normalem Verschleiß. Stumpfe Produkte müssen eventuell ausgetauscht werden, wenn ihre Leistungsfähigkeit zu stark nachgelassen hat. Eine Sichtprüfung vor dem Gebrauch sollte eine Überprüfung der Schneidfähigkeit und der Schärfe dieser Kanten einschließen.
4. Wird ein Schaden erkannt, darf das Produkt vor einer Konsultation mit dem Hersteller bezüglich weiterer Schritte nicht verwendet werden.
5. Vor der Sterilisierung die Instrumente vollständig trocknen und alle beweglichen Teile mit einem wasserlöslichen Schmiermittel für solche Instrumente schmieren. Akzeptable Schmiermittel sind insbesondere: Steris Hinge- Free® Instrument Lubricant und Neodisher® IP Spray. Schmiermittel gemäß der Anleitung des Herstellers auftragen.

J. VERPACKUNG

Einzelverpackung: Einzelne Produkte sollten so verpackt werden, dass die Verpackung groß genug ist, um das Instrument aufzunehmen, ohne dass dabei die Dichtungen belastet werden. Die Verpackung sollte einen doppelten Sterilisationsbeutel beinhalten, der den empfohlenen Spezifikationen für die Dampfsterilisation, wie unten aufgeführt, entspricht.

Mehrfachverpackung: Sofern angemessen, sollten die gereinigten, desinfizierten und inspizierten Instrumente in bereitgelegte Schalen/Behälter oder in Mehrzweck-Sterilisationsschalen gelegt werden. Sicherstellen, dass Schneidekanten geschützt sind und die geltenden Gewichtsbeschränkungen eingehalten werden. Schalen/Behälter sollten gemäß AAMI oder gleichwertiger Richtlinien für geeignete Umwicklungen eine doppelte Umwicklung erhalten. Eine geeignete Umwicklung wäre eine, die von der FDA oder der lokalen Aufsichtsbehörde für den jeweiligen Einsatzort zugelassen ist.

K. STERILISATION

Das Produkt wird nicht steril bereitgestellt. Die Sterilisation muss wie oben beschrieben nach der Reinigung, Desinfektion und der sterilen Verpackung erfolgen.

Bestimmte, während dieses Verfahrens verwendete Produkte werden nicht steril bereitgestellt und müssen vor ihrer Verwendung oder Wiederverwendung in geeigneter Weise gereinigt und sterilisiert werden. (Siehe die obige Anleitung zur Reinigung).

Sterilisationsgeräte variieren konstruktionstechnisch und bezüglich ihrer Leistungsmerkmale. Zyklusparameter und die Beladungskonfiguration sollten immer mit der Anleitung des Herstellers des Sterilisationsgeräts abgeglichen werden.

Es sind die jeweiligen länderspezifischen Richtlinien, Normen und Anforderungen zu beachten.

PARAMETER FÜR DIE DAMPFSTERILISATION			
	Expositionstemperatur	Expositionszeit	Trocknungszeit
Vorvakuum-Zyklus	134 °C (273,2 °F)	5 Min. (kompletter Zyklus)	10 Min.

Abkühlung – Das Instrument muss nach der Entnahme aus dem Sterilisationsgerät in geeigneter Weise abgekühlt werden. Während der Abkühlung sollte es nicht berührt werden. Das Instrument nicht auf eine kalte Oberfläche stellen oder in eine kalte Flüssigkeit eintauchen.

L. AUFBEWAHRUNG

Sterile, verpackte Instrumente sollten in einer sauberen, trockenen Umgebung mit eingeschränktem Zutritt und unter Bedingungen aufbewahrt werden, in denen die Instrumente vor Staub, Feuchtigkeit, Schädlingsbefall und extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchte geschützt sind. Die sterile Verpackung sollte vor dem Gebrauch sorgfältig inspiziert werden, um deren Unversehrtheit sicherzustellen.

Nicht sterile Produkte aus Metall sollten in einer sauberen, trockenen Umgebung aufbewahrt werden. Die Lagerfähigkeit nicht steriler Produkte ist nicht begrenzt; die Produkte werden aus beständigem Material hergestellt, bei dem bezüglich der Produktstabilität keine Probleme auftreten, sofern das Produkt unter den empfohlenen Bedingungen aufbewahrt wird. Es liegt in der Verantwortung des Endanwenders, sterilisierte Produkte so aufzubewahren, dass sie ihre Sterilität bis zu ihrem Gebrauch beibehalten.

M. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN – ERREGER DER TRANSMISSIBLEN SPONGIFORMEN ENZEPHALOPATHIE

Die genaue Beschreibung der Vorsichtsmaßnahmen gegen Erreger der transmissiblen spongiformen Enzephalopathie (TSE) liegt nicht im Rahmen dieses Dokuments.

Die Erreger für die Übertragung der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) gelten als resistent gegen normale Desinfektions- und Sterilisationsverfahren. Daher sind die beschriebenen üblichen Verfahren zur Dekontamination und Sterilisation unter Umständen nicht ausreichend, wenn das Risiko einer Übertragung von CJK besteht.

Im Allgemeinen weisen die Gewebearten, die mit orthopädischen chirurgischen Instrumenten in Berührung kommen, eine geringe TSE-Infektiosität auf. Dennoch sollten spezielle Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Instrumenten getroffen werden, welche mit Patienten in Berührung gekommen sind, die nachweislich erkrankt sind oder bei denen der Verdacht oder das Risiko einer Erkrankung vorliegt.

N. VORSICHTSMASSNAHMEN

Definition: Das Wort „Vorsicht" weist auf bestimmte Vorgehensweisen oder Vorsichtsmaßnahmen hin, die zu ergreifen sind, um das Instrument vor Schäden zu bewahren.

1. Anwender dieses Produkts müssen sich mit ihrem Vertreter von Pacific Instruments in Kontakt setzen, wenn sie nach ihrem professionellem Urteil weitere Informationen über den Aufbau, die Wartung und den Gebrauch dieses Produkts benötigen. Bitte senden Sie eine E-Mail an support@pacificinstruments.biz.
2. Bei der Wiederaufbereitung chirurgischer Instrumente sind diese immer mit Sorgfalt zu behandeln, und es müssen in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und ein Augenschutz getragen werden.
3. Um eine Beschädigung der Instrumente zu vermeiden, dürfen Instrumente, die eingedreht oder eingeschraubt werden, weder Stöße noch roher Gewalt ausgesetzt werden. Sind zwei Produkte dafür vorgesehen, zusammengeschraubt zu werden, muss vor ihrem Gebrauch sichergestellt werden, dass diese vollständig zusammengeschraubt sind.
4. Die Instrumente dürfen für keinen anderen Zweck als für ihre bestimmungsgemäße Verwendung verwendet werden. Die Manipulation von Weichgewebe oder Knochen mit einem Inst

a las especificaciones recomendadas de esterilización por vapor que se incluyen más adelante.
Conjuntos: Cuando corresponda, deberán colocarse los instrumentos limpios, desinfectados y revisados en los estuches/bandejas suministrados o en bandejas de esterilización de uso general. Asegúrese de que las cuchillas estén protegidas y de que no se superen los límites aplicables al peso. Si se usan estuches/bandejas, estos deben presentar una película de plástico doble de acuerdo con las guías de la AAMI o alguna guía equivalente. Son películas de plástico adecuadas, por ejemplo, las que cuentan con la aprobación de la FDA o la autoridad local competente.

K. ESTERILIZACIÓN

El dispositivo se suministra sin esterilizar. La esterilización debe completarse tras la limpieza y desinfección, en un ensue esteril, como se indica más arriba.
Algunos de los dispositivos que podrían utilizarse para este procedimiento se suministran sin esterilizar y deben limpiarse y esterilizarse correctamente antes de utilizarse o reutilizarse. (Consulte más arriba las instrucciones de limpieza).
El diseño y las características de rendimiento de los esterilizadores varían. Tanto los parámetros del ciclo como la configuración de la carga deben ajustarse a las instrucciones del fabricante del esterilizador.
Siga las guías, normas y requisitos aplicables a su país.

PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR			
	Temperatura de exposición	Tiempo de exposición	Tiempo de secado
Ciclo de prevacío	134 °C (273,2 °F)	5 min (ciclo completo)	10 min

Enfriamiento: El instrumento debe enfriarse correctamente después de que se haya retirado del esterilizador. No debe tocarse durante el proceso de enfriamiento. No coloque el instrumento sobre superficies frías ni lo introduzca en líquidos fríos.

L. CONSERVACIÓN

Los instrumentos, una vez esterilizados y envasados, deben conservarse en un entorno limpio y seco con acceso limitado y en condiciones de control frente al polvo, la humedad, las plagas y las temperaturas extremas. Debe revisarse minuciosamente el envase estéril antes de usar el dispositivo para garantizar la integridad del envase.
Los dispositivos no estériles de metal deben conservarse en un entorno limpio y seco. La vida útil de los dispositivos no estériles no está limitada; los dispositivos se fabrican con materiales no degradables, por lo que, si se conservan en las condiciones recomendadas, deben presentar una gran estabilidad. El usuario final debe responsabilizarse de garantizar que los dispositivos, una vez esterilizados, se conserven de modo que se mantenga la esterilidad del instrumento.

M. PRECAUCIÓN:AGENTES DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME TRANSMISIBLE

No corresponde a este documento describir en profundidad las medidas que deben tomarse por lo que respecta a los agentes de encefalopatía espongiforme transmisible.
Los agentes de transmisión de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob son resistentes a los procesos de desinfección y esterilización habituales, por lo que es posible que los métodos habituales de descontaminación y esterilización descritos no sean adecuados cuando se sorra riesgo de transmisión de la EEJ.
Por lo general, los tejidos que entran en contacto con los instrumentos quirúrgicos ortopédicos son los que presentan una posibilidad baja de transmisión de EET No obstante, deben tomarse medidas especiales al manipular instrumentos que hayan estado en contacto con pacientes con sospecha o en riesgo de tener esta enfermedad.

N. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Definición: Las medidas de precaución indican qué procedimientos o medidas deben tomarse para evitar dañar el instrumento.

1. Los usuarios del dispositivo deben ponerse en contacto con el representante de Pacific Instruments si, en su opinión profesional, es necesaria más información sobre el diseño, el mantenimiento o el uso del dispositivo. Envíe un mensaje de correo electrónico a support@pacificinstruments.biz.
2. Manipule con cuidado los instrumentos quirúrgicos al procesarlos; utilice prendas, guantes y gafas de protección de acuerdo con los procedimientos locales de seguridad y salud.
3. Para evitar dañar los instrumentos, no golpee ni exponga a impactos bruscos aquellos instrumentos diseñados para girar o enroscar. Cuando deba enroscar un dispositivo en otro, asegúrese de que estén totalmente engranados antes de usarlos.
4. No utilice los instrumentos con fines distintos de los previstos. Manipular partes blandas o hueso con un instrumento no diseñado para dicho fin podría generar daños en el instrumento.
5. Los instrumentos equipados con piezas ajustables deben manipularse con cautela. Apretar en exceso o manipular con brusquedad el instrumento podría generar daños en el mecanismo de bloqueo. Los mecanismos de bloqueo equipados con piezas poliméricas podrían debilitarse con una esterilización en autoclave continua.
6. No utilice un instrumento diseñado para usarse con un implante específico en otro implante.
7. Flexionar la articulación con el instrumento colocado en la articulación puede dar lugar a la torsión o la rotura del instrumento.

O. ADVERTENCIAS

Definición: Las advertencias sirven para indicar que podría estar en riesgo la seguridad del paciente y el personal del hospital.

1. El profesional médico colegiado que lleve a cabo la intervención quirúrgica deberá determinar si este es el instrumento adecuado para la intervención particular a la que se esté sometiendo al paciente. Como fabricante, Pacific Instruments no recomienda intervenciones quirúrgicas concretas ni ofrece guías de uso de los instrumentos quirúrgicos.
2. Antes de usar el dispositivo en un entorno quirúrgico, lea y comprenda las instrucciones de uso y mantenimiento del dispositivo.
3. No lo utilice si es evidente que el dispositivo está dañado.
4. Los usuarios del dispositivo deben ponerse en contacto con el representante de Pacific Instruments si, en su opinión profesional, es necesaria más información sobre el diseño, el mantenimiento o el uso del dispositivo. Envíe un mensaje de correo electrónico a support@pacificinstruments.biz.

P. RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA

Pacific Instruments, como fabricante, no se responsabiliza de los daños derivados de un uso o manipulación inadecuados. Esto es especialmente aplicable a un uso que no se ajuste al uso previsto indicado o a la falta de atención a las instrucciones de procesamiento y esterilización. Además, es aplicable a las reparaciones o modificaciones del producto por parte de personal que no disponga de la autorización del fabricante. Estas exclusiones de responsabilidad también son aplicables a la garantía.

Q. SÍMBOLOS

Para ver una lista de símbolos y explicaciones, consulte **pacificinstruments.biz/eifu**

Português

NOTA IMPORTANTE

Leia atentamente estas instruções antes de cada utilização e mantenha-as acessíveis para o utilizador especialista apropriado, formado e qualificado em conformidade.

Leia atentamente estes avisos marcados com símbolos. A utilização inadequada dos produtos pode resultar em lesões graves ao doente, ao utilizador ou a terceiros.

A. REFERÊNCIAS

Estas instruções foram elaboradas de acordo com as orientações contidas nas seguintes normas:

- ANSI/AAMI ST81:2004 (reaprovada em 2010), Esterilização de dispositivos médicos - Informações a serem disponibilizadas pelo fabricante para o processamento de dispositivos médicos re-esterilizáveis
- ISO 17664, Esterilização de dispositivos médicos - Informações a serem disponibilizadas pelo fabricante para o processamento de dispositivos médicos re-esterilizáveis
- ISO 11737-1, Esterilização de dispositivos médicos - Métodos microbiológicos – Parte 1: Determinação de uma população de microrganismos nos produtos; 2009
- ISO 10993-5, Avaliação biológica de dispositivos médicos – Parte 5: Testes para toxicidade in vitro.
- AAMI TIR30:2011 (reaprovada em 2016), Um compêndio de processos, materiais, métodos de teste e critérios de aceitação para a limpeza de dispositivos médicos reutilizáveis
- ANSI/AAMI TIR12:2010, Design, testes e rotulagem de dispositivos médicos reutilizáveis para o reprocessamento em unidades de saúde - Um guia para fabricantes de dispositivos médicos.
- ASTM E 2314: 2003 (reaprovada em 2014), Método de teste standard para determinação da eficácia de processos de limpeza para instrumentos médicos reutilizáveis usando um método microbiológico (teste de utilização simulada).
- ASTM E 1837: 1996 (reaprovada em 2014), Método de teste standard para determinação da eficácia de processos de desinfecção para dispositivos médicos reutilizáveis (teste de utilização simulada).
- ISO 17665-1, Esterilização de produtos de saúde – Calor húmido – Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controlo de rotina de um processo de esterilização para dispositivos médicos.

B. DESCRIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE O DISPOSITIVO

Este dispositivo é um instrumento reutilizável não esterilizado. O dispositivo é entregue não esterilizado e deve ser limpo e esterilizado de acordo com as seguintes instruções antes da primeira utilização e de qualquer outra utilização. Consulte o rótulo da embalagem.

C. LIMITAÇÕES NO REPROCESSAMENTO

Para dispositivos reutilizáveis: o processamento repetido tem um efeito mínimo nestes instrumentos. A data de validade é normalmente determinada pelo desgaste e danos causados pela utilização.

D. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este dispositivo destina-se apenas à área médica indicada abaixo e deve, portanto, ser utilizado num ambiente de operação adequado para o efeito. Os instrumentos cirúrgicos destinam-se a ser utilizados no contexto cirúrgico para a fixação, corte, dissecção, preensão, sondagem, retração, suturação, impacto, flexão, ligação, elevação e raspagem. Alternativamente, a utilização indevida de qualquer instrumento cirúrgico durante o manuseamento, utilização cirúrgica ou reprocessamento para os quais está indicado pode resultar em danos e roturas dos instrumentos.

E. UTILIZADORES PREVISTOS ℞ ONLY

Profissionais de saúde habilitados e/ou profissionais qualificados sob a direção de um profissional de saúde habilitado, incluindo, entre outros, cirurgiões ortopédicos, enfermeiros especialistas do bloco operatório em ortopedia, assistentes clínicos, enfermeiros do bloco operatório e pessoal de unidades de limpeza estéril.

F. VALIDAÇÃO

Os métodos de limpeza, desinfeção e esterilização recomendados nestas instruções de utilização foram validados em conformidade com as orientações/normas federais e internacionais. Segundo a ISO 17665, a abordagem "overkill" de meio ciclo foi utilizada para a validação da esterilização e demonstra um nível de garantia de esterilidade (Sterility Assurance Level - SAL) de 10-6. O equipamento e materiais para a limpeza, desinfeção e esterilização variam nas suas características de desempenho. Por conseguinte, é da responsabilidade da unidade/utilizador final usar o equipamento aprovado pela FDA, ou o organismo governamental local, e executar as operações de acordo com as orientações destas instruções de utilização.
Segundo a DIN EN ISO 17664, deverão ser estabelecidos para o produto valores limite e uma forma de monitorizar resíduos químicos após a limpeza. Ao avaliar o nível de resíduos da limpeza após o processo de limpeza e desinfeção manual ou o processo de limpeza e desinfeção com máquinas (automático), recomenda-se que sejam realizados testes de citotoxicidade como método clinicamente relevante para testar a segurança dos resíduos. Os testes de citotoxicidade devem ser concluídos e classificados segundo a ISO 10993-5, Avaliação biológica de dispositivos médicos - Parte 5: Testes para toxicidade in vitro.
A qualidade da água para os processos de limpeza e desinfeção foi validada a fim de assegurar que os resíduos não interferem com os passos subsequentes do processamento. Foram realizados testes de citotoxicidade como a principal forma de avaliar a segurança dos níveis de detergente e/ou desinfetante após os processos de limpeza e lavagem no protocolo de validação, segundo a AAMI TIR30:2011. A água desionizada foi o tipo de qualidade de água validado utilizado na limpeza manual e automatizada.

G. CONTENÇÃO E TRANSPORTE

Recomenda-se o reprocessamento dos instrumentos assim que seja razoavelmente prático após a utilização. Qualquer sujidade visível deve ser removida no ponto de utilização a fim de evitar que esta seque. As caixas e os tabuleiros para os instrumentos são considerados como dispositivos reutilizáveis. Os tabuleiros devem ser inspecionados para verificar se existe sujidade e estes devem ser limpos antes de serem utilizados. Estes podem ser limpos manualmente ou numa máquina de lavar automática usando um detergente.

H. LIMPEZA

I. LIMPEZA PRELIMINAR

Quando devidamente executadas, a limpeza, desinfeção e/ou esterilização não afetam a utilização e o desempenho mecânico destes instrumentos. Estes instrumentos são utilizados com ou em doentes que podem ser portadores de infeções reconhecidas e não reconhecidas. A fim de evitar a propagação de infeções, todos os instrumentos reutilizáveis devem ser minuciosamente limpos, desinfetados e esterilizados após serem utilizados em cada doente. Nota: não é necessária qualquer montagem/desmontagem destes instrumentos a não ser que tal seja indicado no rótulo, instruções de utilização, ou instruções para montagem relativas à limpeza, desinfeção e esterilização.

1. Os dispositivos que necessitem de desmontagem devem ser desmontados antes da limpeza.
2. Remova sujidades secas dos dispositivos, sobretudo em áreas como juntas e fissuras, antes da lavagem. Mergulhe em água da torneira durante 10 minutos e esfregue debaixo de água até que os dispositivos fiquem visivelmente limpos. Verifique se os instrumentos apresentam sujidades visíveis.
3. Repita a limpeza preliminar se forem visíveis sujidades e volte a inspecionar.
4. Após concluir a limpeza preliminar, o utilizador final tem a opção de proceder a uma limpeza e desinfeção manual ou uma limpeza com máquinas (automática) e desinfeção térmica.

II. LIMPEZA E DESINFEÇÃO MANUAL

Após a limpeza preliminar, as instruções para limpeza e desinfeção manual podem ser usadas como um método de limpeza alternativo à limpeza com máquinas (automática) e desinfeção térmica.

ATENÇÃO

A limpeza manual não é um método apropriado para a limpeza de instrumentos de não contendo componentes acionadores não expostos, por ex., pinças 'grasper' da WishBone ou standard, perfuradores, etc. Para estes instrumentos, deve ser realizada a limpeza com máquinas (automática) e desinfeção térmica.

1. Mergulhe o instrumento numa solução enzimática detergente. As soluções de limpeza podem incluir, entre outras: neodisher® Medizyme 0,5% (v/v).

ATENÇÃO

Não se recomendam soluções ácidas fracas ou básicas fortes visto que corroem as peças metálicas e o alumínio anodizado e afetam os polímeros plásticos, tais como o FEP (etileno propileno fluorado), o ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Ultem™, Lexan™ e Cycolac™. Se se utilizarem produtos químicos de limpeza com pH não neutro, deve ter-se cuidado no sentido de assegurar uma lavagem adequada, conforme validada pela unidade do utilizador final, e devem tomar-se medidas de neutralização de forma a não afetar negativamente o encaixe, acabamento ou função do dispositivo.

As soluções de limpeza devem ser sempre misturadas de forma a apresentarem a concentração especificada pelo fabricante e a limpeza deve ser feita à temperatura ambiente, exceto se indicado de outra forma nas instruções de utilização do fabricante da solução de limpeza.
2. Mergulhe o instrumento no detergente, deixe imerso durante 20 minutos e trate com ultrassons [35 kHz, abaixo de 40 °C (104 °F)].
3. Envagoe o instrumento minuciosamente com água desionizada durante pelo menos um minuto após o processo de limpeza.
4. Mergulhe os instrumentos em soluções desinfetantes durante pelo menos 15 minutos. As soluções desinfetantes adequadas podem incluir, entre outras: Bomix® plus, BODE Chemie 1% (v/v) e produtos equivalentes. Siga as instruções do fornecedor para preparar a solução.

ATENÇÃO

Não se recomendam soluções ácidas fracas ou básicas fortes visto que corroem as peças metálicas e o alumínio anodizado (etileno propileno fluorado), o ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Ultem™, Lexan™ e Cycolac™. Se se utilizarem produtos químicos de desinfeção com pH não neutro, deve ter-se cuidado no sentido de assegurar uma lavagem adequada, conforme validada pela unidade do utilizador final, e devem tomar-se medidas de neutralização de forma a não afetar negativamente o encaixe, acabamento ou função do dispositivo. As soluções desinfetantes devem ser sempre misturadas da forma a apresentarem a concentração especificada pelo fabricante.

5. Após a desinfeção, os instrumentos devem ser lavados durante pelo menos 15 segundos com água desionizada esterilizada.
6. Verifique se os instrumentos apresentam sujidades visíveis. Repita a limpeza se forem visíveis sujidades e volte a inspecionar.

I. INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

1. Os instrumentos não esterilizados da Pacific Instruments são instrumentos médicos de precisão e devem ser utilizados e manuseados com cuidado.
2. Inspecione os instrumentos para verificar se existem danos antes de os utilizar e em todas as fases do manuseamento.
3. Dispositivos com funções de corte ou pontas aguçadas podem tornar-se rombos com a utilização continuada. Esta situação não é indicativa de um defeito do dispositivo. Esta situação indica um desgaste normal. Os dispositivos rombos podem ter de ser substituídos, se já não oferecem o desempenho previsto. A inspeção antes da utilização deve incluir a verificação da capacidade de corte e das pontas aguçadas.
4. Se forem detetados danos, não utilize o dispositivo antes de consultar o fabricante para orientação.
5. Seque minuciosamente os instrumentos e lubrifique todas as peças móveis com um lubrificante de instrumentos solúvel em água, antes da esterilização. Os lubrificantes aceitáveis podem incluir, entre outros: Lubrificante de instrumentos Steris Hinge-Free® e Spray IP neodisher®. Aplique os lubrificantes segundo as instruções do fabricante.

J. ACONDICIONAMENTO

Individual: os dispositivos individuais devem ser embalados de modo a assegurar que a embalagem é suficientemente grande para conter o instrumento sem aplicar tensão nos selos. Deve ser ainda utilizada uma bolsa de esterilização de dupla embalagem, conforme as especificações recomendadas para a esterilização por vapor, como indicado abaixo.
Conjuntos: quando aplicável, os instrumentos limpos, desinfetados e inspecionados devem ser colocados em tabuleiros/caixas como fornecidos, ou em tabuleiros de esterilização para utilização geral. Certifique-se de que quaisquer pontas cortantes estão protegidas e que não se excedem os limites de peso aplicáveis. Os tabuleiros/caixas devem ser envoltos duplamente com o invólucro de acordo com as orientações da AAMI ou equivalentes. Um invólucro adequado é aquele que, por exemplo, é aprovado pela FDA ou pelo organismo governamental local no ponto de utilização.

K. ESTERILIZAÇÃO

Este dispositivo é fornecido não esterilizado. Deve proceder-se à esterilização após a limpeza, desinfeção e acondicionamento em condições de esterilidade conforme descrito anteriormente.
Determinados dispositivos que podem ser utilizados durante este procedimento são fornecidos não esterilizados e estes devem ser limpos e esterilizados de forma adequada antes de serem utilizados ou reutilizados (consultar as instruções para limpeza descritas anteriormente).
Os esterilizadores variam em design e nas suas características de desempenho. Os parâmetros do ciclo e a configuração da carga devem ser sempre verificados relativamente às instruções do fabricante do esterilizador.
Siga as orientações, normas e requisitos específicos do seu país.

PARÂMETROS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR			
	Temperatura de exposição	Tempo de exposição	Tempo de secagem
Ciclo de pré-vácuo	134 °C (273,2 °F)	5 min (ciclo completo)	10 min

Arrefecimento – O instrumento deve ser arrefecido de forma adequada após ser removido do esterilizador. Não se deve tocar no instrumento durante o processo de arrefecimento. Não coloque o instrumento numa superfície fria nem o mergulhe num fluido frio.

L. ARMAZENAMENTO

Os instrumentos esterilizados embalados devem ser armazenados em ambiente limpo e seco com acesso limitado e sob condições controladas a fim de os proteger de poeiras, humidade, pragas e extremos de temperatura/humidade. O acondicionamento em condições de esterilidade deve ser inspecionado cuidadosamente antes da utilização de forma a garantir a integridade da embalagem.
Os instrumentos de metal não esterilizados devem ser armazenados em ambiente limpo e seco. A validade dos dispositivos não esterilizados não é limitada; os dispositivos são fabricados a partir de materiais não degradáveis, que não levantam nenhuma questão sobre a estabilidade dos dispositivos quando estes são armazenados sob as condições recomendadas. É da responsabilidade do utilizador final garantir que os dispositivos, uma vez esterilizados, são armazenados de forma a manter a esterilidade do instrumento até ao momento da utilização.

M. PRECAUÇÃO ESPECIAL - AGENTES DE ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISSÍVEIS

Não é do âmbito deste documento descrever em detalhe as precauções a ter quanto a Agentes de Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis.
Crê-se que os agentes de transmissão da doença de Creutzfeldt-Jakob são resistentes aos processos normais de desinfeção e esterilização. Por este motivo, os métodos normais de descontaminação e esterilização, como anteriormente descritos, podem não ser adequados quando existe risco de transmissão da doença.
Em geral, os tecidos que entram em contacto com instrumentos cirúrgicos em ortopedia são aqueles que apresentam baixa infetividade de Agentes de Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis. No entanto, devem ser tomadas precauções especiais ao manusearem-se instrumentos que foram usados em doentes com doença conhecida, suspeita ou em risco.

N. PRECAUÇÕES

Definição: a precaução é usada para indicar procedimentos ou precauções especiais que devem ser seguidos a fim de evitar danos no instrumento.

1. Os utilizadores deste dispositivo devem entrar em contacto com os seus representantes da Pacific Instruments se, com base no seu juízo profissional, necessitarem de mais informações sobre o design, manutenção e utilização do dispositivo. Enviar uma mensagem de correio eletrónico para support@pacificinstruments.biz.
2. Ao reprocessar instrumentos cirúrgicos, manuseie sempre com cuidado, utilizando equipamento de proteção, luvas e óculos de proteção segundo os procedimentos de saúde e segurança locais.
3. Para evitar danificar os instrumentos, evite o impacto ou sujeitar a força excessiva os instrumentos concebidos para girarem ou serem aparafusados. No caso de dois dispositivos que se destinam a ser enroscados, certifique-se de que estão completamente unidos antes de os utilizar.
4. Não utilize instrumentos para qualquer fim que não a sua utilização prevista. A manipulação de tecidos moles ou ósseos com um instrumento que não se destina a esse fim pode resultar em danos no instrumento.
5. Os instrumentos com componentes ajustáveis devem ser manuseados com cuidado. Apertar o instrumento demasiado ou manuseá-lo de forma brusca pode danificar o mecanismo de fecho. Os mecanismos de fecho com componentes de polímeros internos podem ser enfraquecidos após autoclavagens repetidas.
6. Não utilize um instrumento destinado a ser utilizado com um implante específico num outro implante.
7. A flexão de uma junta com o instrumento colocado na junta pode dobrar ou partir o instrumento.

O. AVISOS

Definição: o aviso é usado para indicar que a segurança do doente e dos funcionários do hospital pode ser afetada.

1. O profissional de saúde habilitado que execute qualquer procedimento cirúrgico é responsável por determinar se este é o instrumento apropriado para o procedimento específico a ser executado para cada doente. Na condição de fabricante, a Pacific Instruments não recomenda procedimentos cirúrgicos ou fornece orientação sobre tais procedimentos que envolvam a utilização dos instrumentos cirúrgicos.
2. Antes de utilizar este dispositivo, leia e compreenda as instruções de utilização e manutenção do dispositivo antes de o utilizar no contexto cirúrgico.
3. Não utilize em caso de dano aparente.
4. Os utilizadores do dispositivo devem entrar em contacto com os seus representantes da Pacific Instruments se, com base no seu juízo profissional, necessitarem de mais informações sobre o design, manutenção e utilização do dispositivo. Enviar uma mensagem de correio eletrónico para support@pacificinstruments.biz.

P. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A Pacific Instruments, como fabricante, não é responsável por danos consequentes causados por utilização ou manuseamento inadequados. Isto aplica-se particularmente à utilização em não conformidade para o fim previsto ou ignorando as instruções de processamento e esterilização. Isto também se aplica a reparações ou modificações no produto realizadas por pessoal não autorizado pelo fabricante. Estas exclusões de responsabilidade aplicam-se igualmente ao serviço de garantia.

Q. SÍMBOLOS UTILIZADOS

Para obter uma listagem dos símbolos e das respetivas explicações, consulte **pacificinstruments.biz/eifu**

J. ACONDICIONAMENTO

Individual: os dispositivos individuais devem ser embalados de modo a assegurar que a embalagem é suficientemente grande para conter o instrumento sem aplicar tensão nos selos. Deve ser ainda utilizada uma bolsa de esterilização de dupla embalagem, conforme as especificações recomendadas para a esterilização por vapor, como indicado abaixo.
Conjuntos: quando aplicável, os instrumentos limpos, desinfetados e inspecionados devem ser colocados em tabuleiros/caixas como fornecidos, ou em tabuleiros de esterilização para utilização geral. Certifique-se de que quaisquer pontas cortantes estão protegidas e que não se excedem os limites de peso aplicáveis. Os tabuleiros/caixas devem ser envoltos duplamente com o invólucro de acordo com as orientações da AAMI ou equivalentes. Um invólucro adequado é aquele que, por exemplo, é aprovado pela FDA ou pelo organismo governamental local no ponto de utilização.

K. ESTERILIZAÇÃO

Este dispositivo é fornecido não esterilizado. Deve proceder-se à esterilização após a limpeza, desinfeção e acondicionamento em condições de esterilidade conforme descrito anteriormente.
Determinados dispositivos que podem ser utilizados durante este procedimento são fornecidos não esterilizados e estes devem ser limpos e esterilizados de forma adequada antes de serem utilizados ou reutilizados (consultar as instruções para limpeza descritas anteriormente).
Os esterilizadores variam em design e nas suas características de desempenho. Os parâmetros do ciclo e a configuração da carga devem ser sempre verificados relativamente às instruções do fabricante do esterilizador.
Siga as orientações, normas e requisitos específicos do seu país.

PARÂMETROS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR			
	Temperatura de exposição	Tempo de exposição	Tempo de secagem
Ciclo de pré-vácuo	134 °C (273,2 °F)	5 min (ciclo completo)	10 min

Arrefecimento – O instrumento deve ser arrefecido de forma adequada após ser removido do esterilizador. Não se deve tocar no instrumento durante o processo de arrefecimento. Não coloque o instrumento numa superfície fria nem o mergulhe num fluido frio.

L. ARMAZENAMENTO

Os instrumentos esterilizados embalados devem ser armazenados em ambiente limpo e seco com acesso limitado e sob condições controladas a fim de os proteger de poeiras, humidade, pragas e extremos de temperatura/humidade. O acondicionamento em condições de esterilidade deve ser inspecionado cuidadosamente antes da utilização de forma a garantir a integridade da embalagem.
Os instrumentos de metal não esterilizados devem ser armazenados em ambiente limpo e seco. A validade dos dispositivos não esterilizados não é limitada; os dispositivos são fabricados a partir de materiais não degradáveis, que não levantam nenhuma questão sobre a estabilidade dos dispositivos quando estes são armazenados sob as condições recomendadas. É da responsabilidade do utilizador final garantir que os dispositivos, uma vez esterilizados, são armazenados de forma a manter a esterilidade do instrumento até ao momento da utilização.

M. PRECAUÇÃO ESPECIAL - AGENTES DE ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISSÍVEIS

Não é do âmbito deste documento descrever em detalhe as precauções a ter quanto a Agentes de Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis.
Crê-se que os agentes de transmissão da doença de Creutzfeldt-Jakob são resistentes aos processos normais de desinfeção e esterilização. Por este motivo, os métodos normais de descontaminação e esterilização, como anteriormente descritos, podem não ser adequados quando existe risco de transmissão da doença.
Em geral, os tecidos que entram em contacto com instrumentos cirúrgicos em ortopedia são aqueles que apresentam baixa infetividade de Agentes de Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis. No entanto, devem ser tomadas precauções especiais ao manusearem-se instrumentos que foram usados em doentes com doença conhecida, suspeita ou em risco.

N. PRECAUÇÕES

Definição: a precaução é usada para indicar procedimentos ou precauções especiais que devem ser seguidos a fim de evitar danos no instrumento.

1. Os utilizadores deste dispositivo devem entrar em contacto com os seus representantes da Pacific Instruments se, com base no seu juízo profissional, necessitarem de mais informações sobre o design, manutenção e utilização do dispositivo. Enviar uma mensagem de correio eletrónico para support@pacificinstruments.biz.
2. Ao reprocessar instrumentos cirúrgicos, manuseie sempre com cuidado, utilizando equipamento de proteção, luvas e óculos de proteção segundo os procedimentos de saúde e segurança locais.
3. Para evitar danificar os instrumentos, evite o impacto ou sujeitar a força excessiva os instrumentos concebidos para girarem ou serem aparafusados. No caso de dois dispositivos que se destinam a ser enroscados, certifique-se de que estão completamente unidos antes de os utilizar.
4. Não utilize instrumentos para qualquer fim que não a sua utilização prevista. A manipulação de tecidos moles ou ósseos com um instrumento que não se destina a esse fim pode resultar em danos no instrumento.
5. Os instrumentos com componentes ajustáveis devem ser manuseados com cuidado. Apertar o instrumento demasiado ou manuseá-lo de forma brusca pode danificar o mecanismo de fecho. Os mecanismos de fecho com componentes de polímeros internos podem ser enfraquecidos após autoclavagens repetidas.
6. Não utilize um instrumento destinado a ser utilizado com um implante específico num outro implante.
7. A flexão de uma junta com o instrumento colocado na junta pode dobrar ou partir o instrumento.

O. AVISOS

Definição: o aviso é usado para indicar que a segurança do doente e dos funcionários do hospital pode ser afetada.

1. O profissional de saúde habilitado que execute qualquer procedimento cirúrgico é responsável por determinar se este é o instrumento apropriado para o procedimento específico a ser executado para cada doente. Na condição de fabricante, a Pacific Instruments não recomenda procedimentos cirúrgicos ou fornece orientação sobre tais procedimentos que envolvam a utilização dos instrumentos cirúrgicos.
2. Antes de utilizar este dispositivo, leia e compreenda as instruções de utilização e manutenção do dispositivo antes de o utilizar no contexto cirúrgico.
3. Não utilize em caso de dano aparente.
4. Os utilizadores do dispositivo devem entrar em contacto com os seus representantes da Pacific Instruments se, com base no seu juízo profissional, necessitarem de mais informações sobre o design, manutenção e utilização do dispositivo. Enviar uma mensagem de correio eletrónico para support@pacificinstruments.biz.

P. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A Pacific Instruments, como fabricante, não é responsável por danos consequentes causados por utilização ou manuseamento inadequados. Isto aplica-se particularmente à utilização em não conformidade para o fim previsto ou ignorando as instruções de processamento e esterilização. Isto também se aplica a reparações ou modificações no produto realizadas por pessoal não autorizado pelo fabricante. Estas exclusões de responsabilidade aplicam-se igualmente ao serviço de garantia.

Q. SÍMBOLOS UTILIZADOS

Para obter uma listagem dos símbolos e das respetivas explicações, consulte **pacificinstruments.biz/eifu**

Français

NOTE IMPORTANTE

Lire attentivement ces instructions avant chaque utilisation et les conserver à disposition des utilisateurs compétents concernés, formés et qualifiés en conséquence.

Lire attentivement ces avertissements signalés par des symboles. Une utilisation inadéquate des produits peut engendrer de graves blessures au patient, à l'utilisateur ou aux tiers.

A. RÉFÉRENCES

Ces instructions ont été élaborées à partir des recommandations figurant dans les normes suivantes :

- ANSI/AAMI ST81:2004 (réapprouvée en 2010) : Stérilisation des dispositifs médicaux - Informations devant être fournies par le fabricant pour le processus de restérilisation des dispositifs médicaux
- ISO 17664 : Stérilisation des dispositifs médicaux - Informations devant être fournies par le fabricant pour le processus de restérilisation des dispositifs médicaux
- ISO 11737-1 : Stérilisation des dispositifs médicaux - Méthodes microbiologiques - Partie 1 : Détermination d'une population de micro-organismes sur des produits ; 2009
- ISO 10993-5 : Evaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 5 : Essais concernant la cytotoxicité in vitro
- AAMI TIR30:2011 (réapprouvée en 2016) : Recueil de procédures, matériaux, méthodes de test et critères d'acceptation pour le nettoyage des dispositifs médicaux réutilisables
- ANSI/AAMI TIR12:2010 : Conception, test et étiquetage des dispositifs médicaux réutilisables pour le retraitement dans les établissements de soins de santé - Guide pour les fabricants de dispositifs.
- ASTM E 2314:2003 (réapprouvée en 2014) : Méthode de test standard pour déterminer l'efficacité des procédés de nettoyage des instruments médicaux réutilisables à l'aide d'une méthode microbiologique (essai en conditions simulées d'utilisation).
- ASTM E 1837:1996 (réapprouvée en 2014) : Méthode de test standard pour déterminer l'efficacité des procédés de désinfection des dispositifs médicaux réutilisables (essai en conditions simulées d'utilisation).
- ISO 17665-1 : Stérilisation des produits de santé - Chaleur humide - Partie 1 : Exigences pour le développement, la validation et le contrôle de routine d'un procédé de stérilisation des dispositifs médicaux.

B. DESCRIPTION DU DISPOSITIF ET INFORMATIONS

Ce dispositif est un instrument non stérile réutilisable. Le dispositif est livré non stérile et doit être nettoyé et stérilisé conformément aux instructions suivantes avant la première utilisation et avant toute utilisation subséquente. Consulter l'étiquette de l'emballage.

C. LIMITES RELATIVES AU RETRAITEMENT

Pour les dispositifs réutilisables : un retraitement répété a des effets minimes sur ces instruments. En principe, la durée de vie est déterminée par l'usure et les dommages causés par l'utilisation.

D. UTILISATION PRÉVUE

Ce dispositif est uniquement prévu pour le domaine médical indiqué ci-dessous et doit par conséquent être utilisé dans un environnement opérationnel adapté. Les instruments chirurgicaux sont conçus pour être utilisés dans un environnement chirurgical pour le clampage, le sectionnement, la dissection, la préhension, l'exploration, la rétraction, la suture, la percussion, la déformation, le raccordement, le soulèvement et le raclage. L'utilisation inadéquate d'un instrument chirurgical lors de la manipulation, de l'utilisation chirurgicale ou du retraitement, selon l'indication, peut entraîner un endommagement et une rupture.

E. UTILISATEURS PRÉVUS ℞ ONLY

Professionnels de santé agréés et/ou professionnels qualifiés sous la direction d'un professionnel de santé agréé, notamment, mais pas exclusivement : chirurgiens orthopédiques, infirmiers/ères de bloc opératoire orthopédique, assistant(e)s médicaux, infirmiers/ères en service externe et personnel central chargé du nettoyage stérile.

F. VALIDATION

Les méthodes de nettoyage, de désinfection et de stérilisation recommandées dans le présent mode d'emploi ont été validées et jugées conformes aux recommandations/normes nationales et internationales. Conformément à la norme ISO 17665, l'approche des « demi-cycles » (ou « surdestruction ») a été utilisée pour valider la stérilisation avec un niveau d'assurance de la stérilité (SAL) de 10-6. Les équipements et matériels de nettoyage, de désinfection et de stérilisation ont des performances variables. Par conséquent, il incombe à l'établissement/l'utilisateur final d'utiliser des équipements agréés par la FDA ou l'organisme local compétent et de procéder conformément aux instructions fournies dans le présent mode d'emploi.
En vertu de la norme DIN EN ISO 17664, des valeurs seuils et un procédé de contrôle des résidus chimiques après nettoyage doivent être établis pour le dispositif. Dans le cadre de l'évaluation du taux de résidus de produits de nettoyage à l'issue du processus de nettoyage et de désinfection manuel ou par machine (automatique), il est recommandé d'effectuer des essais de cytotoxicité, car ils constituent une méthode cliniquement pertinente pour tester la sécurité de ces résidus. Pour les essais de cytotoxicité, le procédé utilisé et la notation des résultats doivent être conformes à la norme ISO 10993-5, Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 5 : Essais concernant la cytotoxicité in vitro.
La qualité de l'eau servant au processus de nettoyage et de désinfection a été validée pour garantir que des résidus n'interfèrent pas avec les étapes de traitement ultérieures. Les essais de cytotoxicité, qui constituent la principale méthode d'évaluation de la sécurité des taux de résidus de détergent et/ou désinfectant après les processus de nettoyage et de lavage, ont été menés dans le cadre du protocole de validation conformément à la norme AAMI TIR30:2011. L'eau déionisée a été validée pour une utilisation à des fins de nettoyage manuel et automatique.

G. CONFINEMENT ET TRANSPORT

Il est recommandé de retraiter les instruments dès que possible après utilisation. Toute souillure visible doit être éliminée sur le lieu d'utilisation pour éviter qu'elle ne sèche. Les boîtes et plateaux pour instruments sont considérés comme des dispositifs réutilisables. Les plateaux doivent être inspectés pour déceler les souillures visibles et nettoyés avant utilisation. Ils peuvent être nettoyés manuellement ou dans un laveur automatique avec un détergent.

H. NETTOYAGE

I. NETTOYAGE PRÉLIMINAIRE

Lorsqu'ils sont réalisés correctement, le nettoyage, la désinfection et/ou la stérilisation ne compromettent pas l'utilisation ni les performances mécaniques de ces instruments. Ces instruments sont utilisés avec ou sur des patients susceptibles d'être porteurs d'infections diagnostiquées ou non. Pour prévenir